



编号: 0416-2022

不符合项报告

企业名称:	西斯特控制设备(天津)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 工程部陪同人员: 淮涛			
不符合事实描述: 编号为 413218 的密度片校准日期为 2021.5.13, 计量确认周期为 1 年, 未进行有效的计量确认。 不符合 GB/T19022-2003 中 7.1.1 总则 应设计并实施计量确认, 以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。 不符合认证审核准则条款号: 7.1.1 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 √; 审核员(签名) 周华 陪同人员(签名) 淮涛 企业部门代表(签名) 淮涛 日期: 2022.5.19			
纠正措施: 1、对编号为 413218 的密度片立即送检, 取得检定或校准证书后进行计量确认。 2、对工程部人员进行标准相关条款的培训。 3、举一反三, 排查其他测量设备, 是否存在此类问题。 企业部门代表签名: 淮涛 审核员签名: 周华			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 周华 日期: 2022.5.19			

可另附页