



编号: 0024-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	广东建源检测技术有限公司	不符合报告编号:	01
-------	--------------	----------	----

受审核部门: 检验检测室 陪同人员: 富浩

不符合事实描述:

抽查计量校验外部供方名录, 未提供广州广电计量检测股份有限公司的合格供方评价记录

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.4

不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 01 ;

审核员(签名) 邵相臣 陪同人员(签名) 朱永明

企业部门代表(签名) 李健

日期: 2022. 05. 19

纠正措施:

1. 对相关负责人进行标准培训.
2. 对计量外部供方, 广州广电计量检测股份有限公司进行合格供方评价.

企业部门代表签名: 李健

审核员签名: 邵相臣

纠正措施完成情况:

已对广州广电计量检测股份有限公司进行合格供方评价, 并收集供方资质, 整改基本符合要求, 予以关闭。

审核组代表签名: 邵相臣 日期: 2022. 05. 21

培训记录表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年05月20日	培训老师	唐老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 刘杰、于洪月、蒋柳 检验检测室主管人员			
培训内容摘要： 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准6.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（√）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人； 良好（ ）人； 及格（ ）人； 不及格（0 ）人。			
考试合格率： 100 %			
培训有效性评价：有效（√）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门：行政管理部 负责人：邹国英 时间： 2022年05月20日			
备注			