



计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	灯具绝缘电阻检测过程		被测参数要求(含公差)	$\geq 2M\Omega$	
被测参数要求识别依据文件	GB/T3048.6-2007				
计量要求导出方法 (可另附) 被测灯具绝缘电阻要求为 $\geq 2M\Omega$, 一般灯具绝缘电阻为 $2.5 M\Omega$ $U_{rel} \leq 8\% (k=2)$ 测量设备范围要求 ($0.1-1999$) $M\Omega$ 测量设备 $MPEV = U/2 = 4\%$					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/ 准确度等级/测量不确定度)	校准/检定 证书编号	校准/检定日期
	绝缘电阻测试仪 04081592	AR907+	- $0.1M\Omega$	J202109166 142A-0021	2021-09-18
计量验证记录 测量设备的测量范围满足计量要求 测量设备经校准, 允许误差满足计量要求。					
验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 (注: 在选项上打 √, 只选一项)					
验证人员签字:		验证日期: 2022 年 05 月 20 日			
认证审核记录: 按产品的要求及试验标准导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度和设备最大允许误差导出方法正确, 测量设备已进行校准, 验证合格, 满足计量要求。					
审核员签名:					
企业代表签字:					
审核日期: 2022 年 05 月 20 日					