



编号: 0431-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山电器照明股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测中心	多路温度巡检仪 (8 通道)	0701018	TMP-2	U=0.6℃ (k=2)	特稳携带式校验仪 0.01 级	广州广电计量检测股份有限公司	2022 年 1 月 05 日	√
检测中心	数字式温湿度计	JC124	BT-3	相对湿度: U=2%RH (k=2) 温度: 不确定度 U 0.6℃(k=2)	温湿度检定箱: 均匀性: 0.3℃, 1.0%RH; 波动性: ±0.1℃, ±0.8%RH 露点仪一级	广州广电计量检测股份有限公司	2022 年 1 月 04 日	√
检测中心	接地电阻测试仪	11130590-019	CS2678	低电阻 MPE ±33mΩ 低电阻测量电流 MPE ±1.25A	模拟交直流标准电阻器 (0.05-5) 级	广州广电计量检测股份有限公司	2021 年 12 月 29 日	√
检测中心	交流精密稳压净化电源	JC021	SPS-5C	交流电压 MPE: ±2.20V 频率允许误差 MPE±0.075Hz 谐波失真度允许误差 MPE ≤3.0% 电压稳定性允许误差 MPE≤ 0.50% 频率稳定性允许误差 MPE ≤0.05%	智能可调负载箱 电阻 MPE: ±2% 功率计 0.1 级 数字万用表 DCV: ±0.0016%; ACV、DCI: ±0.05%; ADI: ±0.1% R: ±0.004%; Freq: ±0.007%	广州广电计量检测股份有限公司	2021 年 12 月 29 日	√
检测中心	高精度快速光谱辐射计	YG112048N12030021	HAAS-2000	色温 U=30K, k=2 光通量 Ur=3.0%, k=2 色坐标 U=0.0020, k=2 波长 U=0.03nm, k=2	标准灯二级 低压汞灯长标准器 U=0.01nm, k=2	广州广电计量检测股份有限公司	2021 年 11 月 02 日	√
高明分公司	电子汽车衡	ZN0888685	SCS-80	III 级	砝码 M2 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021 年 11 月 1 日	√



LED 板块	数显推拉 力计	LED3-20170 702	200N	±1%	标准测力仪 0.3 级	广东六零二计量 检测有限公司	2021 年 7 月 20	√
--------	------------	-------------------	------	-----	----------------	-------------------	---------------	---

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》。公司未建最高计量标准，测量设备由品管负责溯源。公司测量设备委托深圳市华测计量技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准，证书由各部门自行保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 5 月 12 日~ 5 月 14 日

审核员签字：朱来宁

部门代表签字：李博

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。