



编号: 0431-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山电器照明股份有限公司	不符合报告编号:	2022051402
受审核部门: LED 事业部		陪同人员: 苗飞	
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查 LED 事业部球泡灯车间《计量器具台账 (A 类)》中, 数显式推拉力计 (编号 1200130825902) 的“精度等级”填写为 A 级, 与该测量设备的实际准确度等级不符。测量设备台账信息填写有误。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022:2003 6.3.1 测量设备</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>李森柠</u> 陪同人员 (签名) <u>苗飞</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>谭云</u> 日期: 2022.5.14</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 5月16日, LED 球泡灯车间谭润球对《计量器具台账 (A 类)》中信息进行核对纠正, 重新填写《计量器具台账 (A 类)》表格, 已完成。</p> <p>2. 5月16日, 高明分公司质量科对所有《计量器具台账》进行检查, 无相关问题。</p> <p>企业部门代表签名: <u>谭云</u> 审核员签名: <u>李森柠</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>李森柠</u> 日期: 2022.5.31</p>			

可另附页

计量器具台帐(A类)

部门: 球泡灯车间

2022年05月23日

序号	计量器具名称	型号规格	测量范围	准确度等级/最大允差	制造厂	出厂编号	使用机台	校准周期	周期校准记录			验证结果	备注
									最近一次校准日期	最近一次校准日期			
1	直流稳压源	KXN-12010D	0-30V/0-30A	±5%	KXN	20130817017	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
2	LED驱动电源综合性能测试仪	UI2050S	0-300V	±0.5%	VOINIC	2012FD08022	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
3	数显温湿度表	1360A	-20℃~70℃	±2℃	TES	130502594	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
4	铬铁温度计	191	0~600℃	±1℃	HAKKO	19109081798	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
5	数显万用表	VC890D	/	±1%	胜利仪器	096764082	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
6	静电手环测试仪	498	800kΩ~9MΩ	±10%	HAKO	498003007881	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
7	静电手环测试仪	498	800kΩ~9MΩ	±10%	HAKO	30009000805540	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
8	电动螺丝刀扭力测试仪	HP-100	0-100N	±1.0%	HEOS	216635	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
9	数显式推拉力计	SH-200	0~200N	±1.0%	艾德堡仪器	1200130825902	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
10	电子天平	JJ600	0~600g	II级	双杰测试仪器厂	201611040535	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
11	绝缘电阻表	VX60B+	0~1000MΩ	5级	胜利仪器	097768292	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
12	表面电阻测试仪	SURPA385	/	5级	SURPA	HX0015719253	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
13	智能数字式灯头扭矩仪	CH338	0-10N.m	4级	杭州创惠仪器有限公司	BSDYA050096	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
14	塞尺	(0.02~0.5)mm	(0.02~0.5)mm	/	上海华茂机床附件有限公司	00000132	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
15	电子天平	LED-TPC.01	0-200g	II级	凯丰集团有限公司	XSZC-01	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	
16	管型测力计	LIZ-10	0-10kgf 1kgf=0.98N	1级	双杰测试仪器厂	CXCL-01	车间	1年	2020.07.22	2021.07.21		符合要求	

注: 校验记录包括时间、状态、校验者。

填表人:

审核人:





编号: 00XX-2021

不符合项报告

企业名称:	佛山电器照明股份有限公司	不符合报告编号:	2022051401
受审核部门: 高明分公司		陪同人员: 罗宝盈	
<p>不符合事实描述:</p> <p>未提供对服务外部供方广东六零二计量检测有限公司的评价记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022: 2003 6.4 外部供方</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <input type="checkbox"/>; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>喻荣秋</u> 陪同人员(签名) <u>罗宝盈</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>谭文</u> 日期: 2022. 5. 14</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 检测中心吴伟华对广东六零二计量检测有限公司进行外部供方评价, 5月16日完成《合格分供方评价记录表》。</p> <p>2. 重新对所有外部供方资质及相关资料进行梳理, 发现缺失或错误及时纠正, 5月16日完成, 无相关问题发生。</p> <p>企业部门代表签名: <u>谭文</u> 审核员签名: <u>喻荣秋</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>李燕芳</u> 日期: 2022.5.31</p>			

可另附页

合格分供方评价记录表

共 14 页 第 14 页

序号	分供方名称	服务/供应品名称	分供方详细描述/说明	评价内容	评价结果	评价日期	评价人	批准人
14	广东六零二计量检测有限公司	仪器校准	<p>广东六零二计量检测有限公司成立于 2014-08-12，法定代表人为翁远丽，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91440300311932040R，企业地址位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区 2 栋 207，所属行业为批发业，经营范围包含：一般经营项目是：电子仪器、计量器具、仪表、电子产品的研发及销售；计量技术信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。，许可经营项目是：计量仪器的校准检测服务。广东六零二计量检测有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认可的校准范围是否满足本中心的使用要求。 2. 是否具备校准的相关资质。 3. 近一年提供的服务效果如何。 4. 采购是否方便。 5. 是否能提供符合本中心要求的第三方校准证书或报告。 	<p>具备相应资质，提供的校准服务满足本中心的要求，符合采购要求，可以采购。</p>	2022.05.20	<p>余少涛 吴伟华 陈卓民 刘敏 赵杜娟 张宝钱</p>	