



## 测量设备溯源抽查表

编号：0072-2018-2022

企业名称	湖南振辉管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备 编号	型号规格	测量设备 计 量 特 性	测量标准装置名称及技术 参数	检定/校准机构	检定/校准日 期	符合打√ 不符合打×
技术部	深弓架千分尺	140974436	(0-25) mm/0.01 mm	±4μm	平面平晶 / 编号 <i>TS-SB-02366</i> 平面平晶 / 编号 <i>TS-SB-18706</i> 量块 / 编号 <i>TS-SB-08042</i> 杠杆千分尺 / 编号 <i>TS-SB-02562</i> 数显量仪测力仪 / 编号 <i>TS-SB-02377</i>	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2022-04-19	✓
技术部	涂层测厚仪	2019EC3293 63	EC-770X	± (3+Hx0.1) mm	膜厚片 / 编号 <i>TS-SB-10909</i>	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2022-04-19	✓
技术部	电子万能试验机	2015684	WDT-W	±1%	标准测力仪 / 编号 <i>TS-SB-10542</i>	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2022-04-19	✓
生产部	压力表	20.05.0126	(0-1.6) MPa/0.00 5MPa	2.5 级	数字精密压力表 / 编号 <i>TS-SB--08580</i>	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2022-04-19	✓
生产部	数字压力计	116128	1774	<i>U=0.06%FS</i> <i>K=2</i>	数字精密压力表 <i>TS-SB-11725</i>	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2022-04-19	✓
审核综合意见： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期： 2022 年 05 月 30 日~5 月 30 日								
审核员签字： <u>邝柏臣</u>			部门代表签字： <u>陈伟</u>					

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。