



测量设备溯源抽查表

编号: 0032-2021-2022

企业名称	天津市红旗环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发部	源表	091105619	05+	$\pm 0.005\text{mA}$	多功能校准源 /DCV: $\pm(0.005\%+5\mu\text{V})$, ACV: $\pm(0.03\%+60\mu\text{V})$, DCI: $\pm(0.01\%+0.25\mu\text{A})$, ACI: $\pm(0.09\%+3\mu\text{A})$, DCR: $\pm(0.009\%+0.015\mu\Omega)$	四川东华计量检测技术有限公司	2022.4.11	√
研发部	游标卡尺	201261822	(0-150) mm	$\pm 0.02\text{mm}$	量块/5 等	四川东华计量检测技术有限公司	2022.4.11	√
研发部	绝缘电阻表	19121058	ZC25-3	10.0 级	可调式高阻箱/DCR: $\pm 0.2\%$	四川东华计量检测技术有限公司	2022.4.11	√
研发部	耐压测试仪	1871857	CC2670A	5.0 级	数字高压表 /DCV: $\pm(0.5\%\text{rdg}+0.03\%\text{range})$ ACV: $\pm(1\%\text{rdg}+0.05\%\text{range})$ 数字多用表 /DCV: $\pm 0.025\%$ ACV: $\pm 0.10\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ACI: $\pm 0.6\%$ R: $\pm 0.06\%$	四川东华计量检测技术有限公司	2022.4.11	√
研发部	电子秒表	256044	DM1-001	$\pm 0.05\text{s}$	时间检定仪 MPE: $\pm 1\times 10^{-7}/$	四川东华计量检测技术有限公司	2022.4.11	√



审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 5 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2022 年 5 月 15 日~ 5 月 15 日

审核员签字:

部门代表签字:



说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。