



测量设备溯源抽查表

企业名称	广东顾梦斯科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
生产部	钢卷尺	FIL-FA-008-02	5m	$U=0.3\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺: $U=5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L$, $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.28	√
品质部	钢直尺	FIL-FA-005-02	60cm	$U=0.05\text{mm}$, $k=2$	三等标准金属线纹尺: (0-1000) mm 的实际长度 $L_{20^{\circ}\text{C}}=(1000-0.013) \text{ mm}$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.28	√
品质部	秒表	FIL-FA-014	JS306	$U=0.02\text{s}$, $k=2$	多用时间检定仪: 日差: $U=0.01\text{s}$, $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.28	√
品质部	海绵拉力测试仪	FIL-FA-077	MAJ32X110-20s	$U_{\text{rel}}=0.5\%$, $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.28	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委托深圳中电计量测试技术有限公司校准，校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 5 月 13 日下午~5 月 14 日 下午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。