



编号: 0462-2022

不符合项报告

企业名称:	广东顾梦斯科技有限公司	不符合报告编号:	20220514
受审核部门: 品质部		陪同人员: 李淑君	
不符合事实描述: 查品质部钢卷尺 (编号: FIL-FA-008-01) 的计量确认记录, 钢卷尺计量特性中最大示值误差填写为 “$\pm 0.5\text{mm}$”, 填写有误。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>陈的唯</u> 陪同人员 (签名) <u>李淑君</u> 企业部门代表 (签名) <u>谢武峰</u> 日期: 2022 年 5 月 14 日			
纠正措施: 客户要求正确填报钢卷尺的计量确认记录, 并检查其它测量设备的计量确认记录是否正确, 若有错误则按要求修改完善。 企业部门代表签名: <u>谢武峰</u> 审核员签名: <u>陈的唯</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实 验证有效。 审核组代表签名: <u>陈的唯</u> 日期: <u>2022.5.16</u>			

可另附页

计量确认记录

编号: JR7.1/01

设备名称	钢卷尺	所属部门/ 使用地点	品质部		
出厂编号	FIL-FA-008-01	制造厂家	-	型号规格	5m
内部编号	FIL-FA-008-01	设备类别	☐ A类 ☒ B类 ☐ C类		
计量确认记录					
计量 特性	证书编号	ZD202204281079		检定/校准周期(月)	12
	检定/校准 结果	测量范围	准确度等级/最大示值误差		其他
		5m	+0.5mm		-
计量要求	测量范围 (要求)	准确度等级/最大允许误差 (要求)		其他(要求)	
	(1.5-2.8) m	±5mm		-	
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求, 请描述不符合事实: 验证/日期: 黄辉林 2022年5月16日 审核/日期: 谢武峰 2022年5月16日				
不符合要求时采取的措施					
措施	☐ 调整 ☐ 维修		实施/日期		
再次检定/校准结果	测量范围	准确度等级/最大误差		其他	
计量确认周期	从 年 月 日开始从 月调整为 月				
再次计量 验证	☐ 符合 ☐ 不符合要求		验证/日期:	批准/日期:	
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用				

说明: 当验证不合格时, 由专职或兼职计量员填写本记录, 部门负责人审核, 一式一份。

保存期限为2年(C类测量设备的计量确认记录必须永久保存)。