



编号: 0556-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	东营盛昶石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术质量部		陪同人员: 张伟伟	
不符合事实描述: 查技术质量部: 出厂编号为 J00818051201 的里氏硬度计、出厂编号为 180529 的半自动冲击试验机的校准证书, 均在校准有效期内, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员 (签名) <u>韩利平</u> 陪同人员 (签名) <u>张伟伟</u> 企业部门代表 (签名) <u>宁金生</u> 日期: 2022 年 5 月 13 日			
纠正措施: 立即给出厂编号为 J00818051201 的里氏硬度计、出厂编号为 180529 的半自动冲击试验机粘贴计量确认状态标识, 并举一反三整改。 企业部门代表签名: <u>宁金生</u> 审核员签名: <u>韩利平</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 5 月 13 日			

可另附页