



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0126-2020-2022

企业名称		山东精益源石油装备检测技术服务有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
质量部	压力变送器	17030156	PTS70 2	0.5 级	活塞式压力计 标准装置: 0.02 级	山东省计量科学研究院	2021.8. 12	√
质量部	标准测力仪	6411	DD-6- 300kN	0.3 级	力标准机: 0.03 级	西北国家计量测试中心	2021.10. 15	√
质量部	温湿度表	L02	WS208 0B	±2°C; ±5%RH(40%RH-70%RH); ±7%RH(40%RH 以下或 70%RH 以上);	精密露点仪 标准装置: 温度±0.1°C; 露点: 0.2°C DP;	东营市计量测试检定所	2022.4. 27	√
质量部	数字式超声波探伤仪	LT-G500	RPT60 131	水平线性误差 0.5% 垂直线性误差 1.5%	超声波探伤仪检定装置: $U=0.32\text{dB}, k=2$	江苏省质量技术监督无损检测仪器计量站	2022.3. 19	√

审核综合意见:

公司建立了 4 项最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托山东省计量科学研究院、西北国家计量测试中心、东营市计量测试检定所、江苏省质量技术监督无损检测仪器计量站等机构检定/校准, 检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 5 月 14 日上午~2022 年 5 月 14 日下午

审核员签字:

部门代表签字: