



编号: 0072-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产技术部		陪同人员: 戚红勤	
不符合事实描述: 查测量设备台账上编号为 XY-015“温湿度表”该设备使用状态已标注“停用”, 查“测量设备停用申请表”, 停用原因为检定不合格, 停用日期 2022 年 3 月 3 日。查设备上未粘贴停用标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>葛敏</u> 陪同人员(签名) <u>戚红勤</u> 企业部门代表(签名) <u>戚红勤</u> 日期: 2022 年 5 月 14 日			
纠正措施: 立即落实该测量设备“测量设备封存申请表”的信息, 并粘贴封存标识, 组织测量设备管理人员进行检查, 发现类似问题后一并整改完成。 企业部门代表签名: <u>陈旭凡</u> 审核员签名: <u>葛敏</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠永新</u> 日期: 2022 年 5 月 14 日			

可另附页