



测量设备溯源抽查表

编号: 0135-2021-2022

企业名称	罗克佳华科技集团股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
科技产品中心	接地电阻测试仪	0613045	AR4105A	$U_{rel}=0.5\%$ $k=2$	接地电阻仪 检定装置 $U_{rel}=0.25\%$ $k=2$	山西华测科瑞计量检测检验有限公司	2022-2-23	√
智慧数据中心	质量流量计	270835	62A-1-00-500HL	$U_{rel}=1.19\%$ $k=2$	气体流量标准装置 $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	中国环境监测总站	2021-11-10	√
智慧数据中心	臭氧分析仪	CM16220015	49i-DINAA	$U_{rel}=3.0\%$ $k=2$	臭氧发生器 MPE: $\pm 0.5\%$	北京市计量检测科学研究院	2022-4-20	√
科技产品中心	数字式气压计	22N03Y021	KDYM3-02	$U_{rel}=0.05$ $k=2$	压力控制器 0.02 级	苏州市计量测试院	2022-3-31	√
智慧数据中心	氮气中二氧化硫气体标准物质	QA10057	——	$U=1.5\%$ $k=2$	国家标准物质 GBW(E)(062472)	淄博安泽特种气体有限公司	2022-2-26	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由智慧数据中心负责溯源。公司测量设备全部委托山西华测科瑞计量检测检验有限公司、北京市计量检测科学研究院、中国环境监测总站等机构检定/校准, 校准/检定证书由智慧数据中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 5 月 17 日~ 5 月 18 日 审核员签字: 杨校 部门代表签字: 邢峰								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。