



测量设备溯源抽查表

企业名称	威乐 (中国) 水泵系统有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	数显三点内径千分尺	901704/903487	(100-125) mm	$\pm 0.006\text{mm}$ $U=1.8\mu\text{m}, k=2$	光面塞规 3 等	广电计量检测 (北京) 有限公司	2021.7.9	√
质量部	数显千分尺	45113104	(0~25) mm	$\pm 0.002\text{mm}$ $U=0.8\mu\text{m}, k=2$	量块 4 等	广电计量检测 (北京) 有限公司	2022.3.30	√
生产部	一维划线测高仪	10701/A	(0~1000) mm	$\pm 8.3\mu\text{m}$ $U=2.6\mu\text{m}, k=2$	大八块组量块 3 等 大五块组量块 3 等 量块 (38 块) 3 等	广电计量检测 (北京) 有限公司	2021.7.1	√
质量部	杠杆百分表	AYXF19	(0-1)mm	$U=2.4\mu\text{m}, k=2$	光栅式指示表 检定仪 (0-50) mm MPEV: $6\mu\text{m}$	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 (国防科技工业第一计量测试研究中心)	2021.12.24	√
质量部	对称度规	LG31-035	(69.4×65×18) mm	$U=1.2\mu\text{m}, k=2$	光滑极限量规 检定装置 3 等	天津市计量监督检测科学研究院	2021.7.2	√
生产部	工作扭矩仪	46360500	SRTT-B	$\pm 0.9\%$ $U_r=1.2 \times 10^{-3}$ ($k=2$)	50N.m 基准扭矩机 $U=1 \times 10^{-4}$ ($k=2$)	中国计量科学研究院	2021.7.6	√
生产部	耐压测试仪	2665D-772	YD2665D	交流电压: (0-5) kV, $U=0.029\text{kV}, k=2$ 交流击穿电流: (0-200) mA, $U=1.8\text{mA}, k=2$	耐电压综合测试仪综合校验仪 0.3 级	广电计量检测 (北京) 有限公司	2021.6.29	√



生产部	程控接地电阻测试仪	9830A-904	YD9830D	电阻: $U=3\text{m}\Omega, k=2$ 电流: $U=0.18\text{A}, k=2$	模拟交直流标准电阻器 电阻: $\pm(0.05-5)\%$ 电流: $\pm(0.1-10)\%$	广电计量检测(北京)有限公司	2022.3.20	√
测试台	电磁流量计	H12202521	IFC300F/OPTIFLUX4000F	$U_r=0.6\%, k=2$	标准表法水流量标准装置 $U_r=0.20\%, k=2$	河北省计量监督检测研究院	2020.8.5 周期间隔 24 月	√
生产部	游标卡尺	SH2021081613	(0~300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块 5 等	广电计量检测(北京)有限公司	2021.6.29	√
生产部	压力变送器	YSNJ4139248084	(0-4)MPa	$\pm 0.5\%\text{FS}$ $U=0.10\%\text{FS}, k=2$	数字压力表 0.05 级	广电计量检测(北京)有限公司	2021.12.7	√
生产部	扭力扳手	920715G	(10-50)N.m	$\pm 3.0\%$ $U_{rel}=1.1\%\text{FS}, k=2$	扭矩测试仪 1.0 级	广电计量检测(北京)有限公司	2021.6.29	√
生产部	圆锥螺纹塞规	E-053	DIN2999R $\frac{1}{8}$	$U=0.004\text{mm}$ $k=2$	数显千分尺 $\pm 2\mu\text{m}$ 螺纹综合测量机 $U=2'' , k=2$	广电计量检测(北京)有限公司	2022.4.13	√
工艺工程部	压力表	SS150502717	(0-1.6)MPa	1.6 级	0.02 级活塞式压力计标准装置 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.3.4	√
测试台	220930100 转矩转速传感器		K-T40B-500Q-MF-S-M-DU2-1-U	转矩: $U_{rel}=0.12\%, k=2$ 转速: $U_{rel}=0.06\%, k=2$	扭矩标准机 扭矩: $\pm 0.03\%$ 转速计: $\pm 0.05\%$	上海电器设备检测所有限公司	2021.8.23	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《采购管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托“广电计量检测（北京）有限公司（机构注册号：CNAS L 5507）”、“中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所(国防科技工业第一计量测试研究中心)（机构注册号：CNAS L 0002）”、“河北省计量监督检测研究院（机构注册号：CNAS L 1075）”、“北京市计量检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007 号）”、“中国计量科学研究院（机构注册号：CNAS L 0502）”、“天津市计量监督检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01009 号）”、“上海电器设备检测所有限公司（机构注册号：CNAS L 1145）”进行检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。




北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

审核日期：2022 年 05 月 23 日上午 ~ 2022 年 05 月 25 日上午

审核员签字： 

部门代表签字： 