



编号：0475-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称		攀枝花瑞峰水泥有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量处（实验室）	分析天平	22390833	BS224S (0~220)g	I 级	砝码 E1 等级	深圳市计量质量检测研究院	2022 年 1 月 10 日	√
水泥分厂	回转式水泥包装机	09010007	8RS-PS	2 级	电子台称 II 级	四川省攀西计量测试研究所	2022 年 3 月 21 日	√
制造分厂	电子台秤	T2852953	TCS-150	$U=0.029\text{kg}$ $k=2$	砝码 M1 等级	四川省攀西计量测试研究所	2022 年 1 月 13 日	√
检修车间	耐震压力表	12077	(0-1.6) MPa	1.6 级	数字压力表 0.2 级	四川省攀西计量测试研究所	2021 年 12 月 07 日	√
技术质量处	电子汽车衡	1901081563	SCS/ZCS-10 OGC-40	III 级	砝码 M1 等级	四川省攀西计量测试研究所	2022 年 2 月 23 日	√
生产安全环保处	耐震压力表	HC71531988954	(0-4) MPa	1.6 级	数字压力表 0.2 级	四川省攀西计量测试研究所	2021 年 12 月 07 日	√
审核综合意见： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由生产安全环保处负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市计量质量检测研究院、四川省攀西计量测试研究所等机构检定/校准，校准/检定证书由生产安全环保处保存。根据远程抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期：2022 年 05 月 20 日--21 日 审核员签字：  部门代表签字： 								

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。