



编号: 0475-2022

不符合项报告

企业名称:	攀枝花瑞峰水泥有限公司	不符合报告编号:	2022052101
受审核部门: 技术质量处		陪同人员: 张勇	
不符合事实描述: 远程抽查技术质量处化验室测量设备台帐中, 编号 39, 型号 TYE-300 压力试验机, 信息内容不完整, 缺少 A、B、C 管理类别标注。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u> ; 审核员(签名) <u>刘京胜</u> 陪同人员(签名) <u>张勇</u> 企业部门代表(签名) <u>张林</u> 日期: 2022. 5. 21			
纠正措施: <u>1. 已将压力试验机划为A类管理.</u> <u>2. 举一反三, 对其他设备进行梳理按标准分类.</u> 企业部门代表签名: <u>张林</u> 审核员签名: <u>刘京胜</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施有效, 验证关闭。 审核组代表签名: <u>左松</u> 日期: 2022. 5. 21			

可另附页

化 验 室 检 测 设 备 一 览 表

序号	仪器设备名称	编号	规格/型号	技术要求及精度	数量	状态	检验项目	使用地点	生产厂家	购置日期	检定日期	检定周期	管理类别
1	水泥净浆搅拌机	732	NJ-160A	间隙范围：搅拌叶片与锅壁、锅底2±1mm 搅拌叶转速负载公转(62±5) r/min (慢速)，(125±10) r/min (快速)，自转(140±5) r/min(慢速)，自转	2	完好	凝结时间/强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2007.12 2020.5		12个月	B
2		234		试杆或试锥或试杆与滑动杆的总重量分别为300g±1g 试锥最大偏离度<1.0mm, 试针针头呈平面	2	完好	标准稠度/凝结时间	成型室	绍兴陶堰新兴仪器厂	2019.5		12个月	B
3	净浆标准稠度与凝结时间测定仪	001	ISO	间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm 搅拌叶片的转速：低档，自转(140±5) r/min, 公转(62±5) r/min; 高	2	完好	强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.11		12个月	A
4	行星式水泥胶砂搅拌机	622	JT-5		2	完好	强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.11		12个月	A
5		620			2	完好	强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.11		12个月	A
6		68			2	完好	强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2008.1		12个月	A
7	水泥电动抗折试验机	97	DKZ-5000	示值相对误差≤±1.0% 变力度不大于1% 灵敏度≥2%	1	完好	强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2021.11		12个月	A
8		117	TYE-10C	振实台的振幅:15.0mm±0.3mm 振动频率:60次/60±2S 台盘上装上空试模后,包括臂杆、模套和卡具的总重量20±0.5kg 台盘中心到臂杆轴中心的距离	2	完好	强度	成型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2007.10 2019.11		12个月	B
9	水泥胶砂试体成型振实台	447	ZS-15	沸煮箱绝缘电阻≥2M 两根电热管总功率在3600-4400W 小功率电热等功率900-1100W	1	完好	安定性	物理室	无锡建仪仪器机械有限公司	2008.1		12个月	B
10	水泥安定性试验箱	48	FZ-31A	示值相对误差≤1.0% 示值重复性相对误差≤1.0% 示值相对分辨率≤0.5% 加荷速率2400N/S±200N/S	2	完好	强度	破型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2007.11		12个月	A
11	全自动压力试验机	29	NYL-300D		1	完好	强度	破型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2021.6		12个月	A
12		39	TYE-300		1	完好	强度	破型室	无锡建仪仪器机械有限公司	2021.6		12个月	A
13		456		上、下压板宽度:40.0±0.1mm 上、下压板长度大于40mm,厚度大于10mm	5	完好	强度	物理室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.9		12个月	B
14		125			5	完好	强度	物理室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.9		12个月	B
15		462			5	完好	强度	物理室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.9		12个月	B
16	抗压夹具	617	40mm×40mm	上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为:0.01mm 上、下压板自由距离大于45mm	5	完好	强度	物理室	无锡建仪仪器机械有限公司	2019.9		12个月	B

孙林