



测量设备溯源抽查表

企业名称	安徽金诺食品有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子秤	20210408	BWS-SN R-3	Ⅲ级	M ₁ 等级标准砝码装置 M ₁ 级	界首市市场监督检验所	2022.01.05	√
化验室	刮板细度计	/	QXD0-25-50-100-150	示值误差: ±1.5μm	刮板细度仪 • F ₁ 等级	界首市市场监督检验所	2022.05.05	√
化验室	电热恒温培养箱	150456	303-00A	U=0.32℃ k=2	多点温湿度测试仪温度: ±0.05%F.S ±1LSB	界首市市场监督检验所	2022.01.05	√
化验室	电子天平	0144411249	BSM-120.4	Ⅰ级	F ₁ 等级标准砝码装置 F ₁ 级	界首市市场监督检验所	2022.01.05	√
化验室	数显台式酸度计	279457	PHS-3C	(pH)最小显示值 0.01	酸度检测测试仪最大允许误差: 温度: ±0.05	界首市市场监督检验所	2022.05.05	√
化验室	真空干燥箱	1110	DZF-6021	±0.45℃	多点温湿度测试仪温度: ±0.05%F.S ±1LSB	界首市市场监督检验所	2022.01.05	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由生产部负责溯源。测量设备检定/校准委托界首市市场监督检验所进行检定/校准, 检定/校准证书由技术质量处保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 05 月 18 日上午~ 2022 年 05 月 19 日上午

审核员签字: 张云珍

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。