



编号：0488-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东图特家居科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	电解测厚仪	201804181002	CM1820	±10%	铜板厚度片 U=0.5μm, k=2	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.10.15	√
质量部	电子式拉力试验机	TT-QT-038	HZ-1010A	±1%	电子秒表 MPE±0.1s 钢直尺±0.15mm 标准测力仪 0.3级	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.10.15	√
制造中心	带表卡尺	21363	0-150mm	±0.03mm	量块五等 3 级 数显外径千分尺±2μm 刀口形直尺：直线度 1.0μm	广东中准检测有限公司	2021.10.15	√
制造中心	游标卡尺	K8800519	0-300mm	±0.04mm	量块五等 3 级 数显外径千分尺±2μm 刀口形直尺：直线度 1.0μm	广东中准检测有限公司	2021.10.15	√
制造中心	电子秤	自编 TT-015	ACS	III	砝码组 M1 级	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.7.12	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管负责溯源。公司测量设备委托广东中准检测有限公司、和佛山市顺德区质量技术监督检测所校准，证书由各部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 5 月 19 日~5 月 20 日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。