



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0063-2019-2022

| 企业名称 | 吉蔚交通科技（北京）有限公司 |             |                              |                                                        |                                                           |                          |           |               |
|------|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 部门   | 测量设备名称         | 测量设备编号      | 型号规格                         | 测量设备计量特性                                               | 测量标准装置名称及技术参数                                             | 检定/校准机构                  | 检定/校准日期   | 符合打√<br>不符合打× |
| 生产部  | 数显千分尺          | 55103884    | (25-50)mm                    | $\pm 0.002\text{mm}$<br>$U=0.0016\text{mm}$ ,<br>$k=2$ | 量块:4 等                                                    | 北京鑫发旺杨<br>计量器具检测<br>有限公司 | 2022.2.11 | √             |
| 生产部  | 游标卡尺           | 960300298   | (0-300)mm                    | $\pm 0.04\text{mm}$<br>$U=0.01\text{mm}$ ,<br>$k=2$    | 量块:5 等                                                    | 北京鑫发旺杨<br>计量器具检测<br>有限公司 | 2022.2.10 | √             |
| 质量部  | 弹簧拉压试验机        | 15231       | TL-1000                      | $U_{rel}=0.5\%$ ,<br>$k=2$                             | 标准测力仪:<br>0.3 级                                           | 北京鑫发旺杨<br>计量器具检测<br>有限公司 | 2022.3.04 | √             |
| 生产部  | 压力表            | 1612022A200 | (0-0.6)MPa                   | $U=0.5\%FS$ ,<br>$k=2$                                 | 智能数字压力<br>校验仪:<br>0.05 级                                  | 北京鑫发旺杨<br>计量器具检测<br>有限公司 | 2022.3.07 | √             |
| 质量部  | 三坐标测量机         | 136158      | CONTURA<br>G2 10126<br>AKTIV | $U=(0.5+L/1000)\mu\text{m}$ ,<br>$k=2$                 | 量块:<br>3 等                                                | 北京市计量检<br>测科学研究院         | 2022.5.9  | √             |
| 生产部  | 数字钳形表          | 00059       | 312                          | 10.0 级                                                 | 绝缘电阻表检<br>定装置:<br>电阻: $\pm$<br>(0.2%-5%)<br>电压: $\pm 1\%$ | 北京市计量检<br>测科学研究院         | 2021.7.29 | √             |
| 生产部  | 标准金属量器         | 102         | BJL-20L                      | 二等                                                     | 一等金属量器<br>标准装置<br>$\pm 5 \times 10^{-5}$                  | 北京市计量检<br>测科学研究院         | 2022.1.12 | √             |
| 工程部  | 压力表            | D175        | (0-2.5)MPa                   | 1.6 级                                                  | 压力表检定装<br>置:<br>0.25 级                                    | 北京市平谷区<br>计量检测所          | 2022.3.28 | √             |

### 审核综合意见:

公司未建最高计量标准。测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007 号）、北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司（机构注册号：CNAS L 9348）、北京市平谷区计量检测所（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）13 号）机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 5 月 26 日上午~5 月 27 日上午

审核员签字:

部门代表签字: