

高度控制测量过程有效性确认报告

Q/G2209415035 (A0)

表单编号:

测量过程名称	氢氧化钾标准溶液配置-滴定	使用部门	技术质量部		
测量依据	Q/J 2207315073.04	测量参数	体积		
测 量 要 求					
测量范围	(20-45)ml	最大允许误差	±0.1ml		
计 量 要 求					
测量范围	最大允许误差	允许不确定度	分辨力	环境条件	人员技能要求
(0-50)ml	±0.05ml	/	0.1ml	/	培训上岗
测 量 过 程 要 素					
测量设备	环境条件	测 量 方 法			人员技能/资质
碱式滴定管	/	/			培训上岗
测 量 过 程 对 测 量 设 备 的 计 量 要 求					
设备名称	测量范围	准确度/最大允许误差	分辨力	重复性	其他特性
碱式滴定管	(0-50)ml	±0.05ml	0.1ml	/	/
测 量 过 程 性 能 特 性 的 测 定					
不确定度	最大允许误差	重复性	人员技能水平	其 他 特 性	
0.016ml	±0.05ml	/	培训上岗	/	/
确 认 人 员	姓 名	职务/岗位	确认结论	合格	
	黄诚		确认日期	2017.9.20	
规划设备部审核意见:					
确认合格. 卢晓辉 9/21					
备 注					