



附件:

附件:

自校准项目的计量确认检查表

部门:

生产保障部

所建自校准项目名称		测量范围		不确定度/准确度等级/最大允许误差		计量标准考核证书号	
数显式流变仪		(0~70) Pa.s		$\leq \pm 3\%$		/	
标准设备名称	型号规格	编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准周期	检定/校准有效期	检定/校准证书号
标准油	5000ASW	KZY-026	8.168Pa.s	$\pm 0.6\%$	15月	2020.9.16	04-1547/D-K-15186-01-00
/							
/							
/							
/							
开展检自校准测量设备名称或参数名称		测量范围		计量要求: 不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力		依据文件名称及编号	
流变仪(粘度)		(0~70) Pa.s		$\leq \pm 3\%$		粘度仪校准规范 JJF 1022-2015	
/							
/							
/							
/							



考核记录: (检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、

证书报告, 进行评价, 说明理由, 提供证据)

①. 查国家标准规范 粘胶板 仪器 自校规程 Q/J22 083 1505 (CO) 2011.9.26 实施.

②. 查标准证书 见首页.

③. 查设备管理台账 见 测量设备溯源抽查表 ⑤

④. 人员能力. 查证书 校准员. 黄维伟. 核验员 孙学飞.

证书编号: (2016-10)

证书编号: 2016-14

⑤. 查原始记录 Q/J22 08 415 014 (CO)

校准证书 Q/J22 08 415 001 (CO)

⑥. 环境条件 (20~26)°C

以上材料均符合要求. 提供能够提供的相应证书.

审核结论: ☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格

注: 在选项上打√, 只选一项。

审核日期: 2019 年 12 月 15 日 审核员: 张玉华

部门代表签字: 张卫祥