



编号: 0066-2016-2019

不符合项报告

企业名称: 中钞油墨有限公司	不符合报告编号:
企业下属部门: 生产保障部	陪同人员: 张军
不符合事实描述: 量器具编号为R1500192721, 设备编号FS-0088, 计量要求$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 该器具2019年4月28日校准, 证书: 2019H12-10-1811251001, 校准结果: 在熔点80.64°C时, 示值误差为-0.74°C, 而计量验证结果为合格。 不符合认证审核准则条款号: 15010012:2003. 7.1.1 条款. 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 张军 陪同人员(签名) 张军 企业部门代表(签名) 张军 日期: 2019.12.25	
纠正措施: 1. 将该台设备进行隔离, 同时粘贴禁用标识。 2. 联系维修单位进行维修: 2月25日已送至步琦实验设备(贸易上海)有限公司修理。 3. 委托上海市计量院进行校准, 计量确认合格后再投入使用。 企业部门代表签名: 张军 审核员签名: 张军	
纠正措施完成情况: 该设备已进行调整后送检, 已实施送检调整, 因疫情推迟送检, 校准结果下次定期审核时跟踪验证。 审核组代表签名: 张军 日期: 2020.3.16	

可另附页