



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	尼莫宝贝(北京)国际管理咨询有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	张梦景

不符合事实描述：

企业未能提供燃气炉压力表校准/验证的相关证据

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：韩书书	审核组长：和晓阳	受审核方代表：李峰
日期：2019.12.22	日期：2019.12.22	日期：2019.12.22

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
校准记录
纠正措施有效

审核员：和晓阳 日期：2019年12月31日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

压力表未检验

纠正情况:

安排人员送检

原因分析:

相关人员培训不到位导致未送检

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 1 月 20 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 翟峰 日期: 2019 年 12 月 30 日

受审核方代表: 翟峰 日期: 2019 年 12 月 30 日

培 训 记 录

JL-24

培训题目	外审不符合关闭			培训人	外聘老师
培训日期	2019-12-30	培训地点	会议室	培训方式	授课
参加人员	各部门负责人及相关负责人			考核方式	提问
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款内容及运用 中华人民共和国计量法相关内容					
培训效果评价： 初步了解质量管理体系标准及计量法中的基本要求，达到了培训的目的 评价人/日期： 2019-12-30					



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:
Certificate No.



ZJLX819029778

客户名称
Name of the Customer

尼莫宝贝(北京)国际管理咨询有限公司

器具名称
Name of the instrument

压力表

型号/规格
Type/size

(0~0.6) MPa

制造单位
Manufacturer

衡水市自动化仪表厂

出厂编号
Serial No

19044471

客户地址
Address of the Customer

北京市朝阳区广顺南大街

校准单位(专用章)
Issuer by (stamp)



批准人
Authorized by

李大冲

李大冲

核验员
Inspector

付香达

付香达

校准员
Calibrator

袁东伟

袁东伟

校准日期
Issued Date

2019 年 12 月 27 日
Year Month Day

样品接收日期
Sample Acceptance Date

2019 年 12 月 26 日
Year Month Day

证书发布日期
Certificate Release Date

2019 年 12 月 27 日
Year Month Day

注: 校准证书以“证书发布日期”之日起生效。The effective date of certificate is "Certificate Release Date"

■ 实验室
北京市大兴区科创四街36号中国梦谷四号楼318室
邮编: 100176 电话: 86-10-67902932/67832673
邮箱: chenbs@ccicbj.com
网址: <http://www.ccicbj.com/index.php?a=procon&id=385&twoid=387>

■ Laboratory
Room318, No36, Four street, Daxing District, Beijing
P.C. 100176 Tel: 86-10-67902932/67832673
E-mail: chenbs@ccicbj.com
URL: <http://www.ccicbj.com/index.php?a=procon&id=385&twoid=387>

■ 天津办事处
天津市南开区密云路五城熙汇广场36栋 907室
邮编: 300100 Tel: 022-87808751 Fax: 022-87808751

■ TianJin Office
Room907, No.36, Sunny PLAZA, Hardware City, Miyun Road, Nankai District, Tianjin, China.
P.C.: 300100 Tel: 022-87808751 Fax: 022-87808751



证书编号
Certificate No.



ZJLX819029778

中检世标（北京）计量检验有限公司是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的校准实验室
认可证书号为L3228
CCIC Shibiao (Beijing) Calibration & Inspection Co., Ltd. Is Approved by CNAS.No.L3228

校准依据的技术文件（代号、名称）（参考） JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Reference documents for the calibration (Code、Name)

校准所使用的主要计量器具
Measuring instruments used in the Calibration

名称及编号 Name and S/N	测量范围 Range	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	证书编号 Certificate No.	溯源机构 Traceability mechanism	有效日期 Valid Date
智能数字压力校 验仪(数字压力 计) 500603010118	(0~6) MPa	0.05级	RGpv2019-0389	中国计量科学研究院	2020-03-06

校准地点及环境条件
Site and Environmental Condition for Calibration

温度 Temperature	20 °C	地点 Site	北京市大兴区科创四街36号中国梦谷四号楼318室力学室
湿度 Moisture	40 %RH	其他 Others	/

溯源性说明
Traceability 本次校准所使用的计量标准器具可溯源至上述机构计量标/基准

注：

- 本证书校准结果仅对所校准样品有效
- 本证书未经实验室批准，不得部分复印
- 本证书未加盖校准专用章无效
- “#”项目为实验室具备能力，非CNAS认可能力

- The calibration result is just effective for the calibrated sample.
- The certificate can't be partly photocopied without permission.
- The certificate is invalid without special seal.
- “#”is laboratory have the capacity, rather than CNAS capacity.





证书编号
Certificate No.



ZJLX819029778

校准结果 Results of the calibration

1、外观检查：良好

2、压力表等级： 2.5 分度值： 0.02 MPa

3、压力表校准结果如下：

单位： MPa

标准值	测量结果	允许误差	Pass /Fail
0	0.000	± 0.015	P
0.1	0.105	± 0.015	P
0.2	0.206	± 0.015	P
0.3	0.308	± 0.015	P
0.4	0.405	± 0.015	P
0.5	0.503	± 0.015	P
0.6	0.605	± 0.015	P

测量结果的不确定度 $U=1.2\%FS$ ($k=2$)

The Uncertainty (or Accuracy) of Measurement Results

——以下空白——

敬告/Notice

- 被校准仪器修理后或使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。
If any repair for calibrated instrument or doubt in the during usage, please calibrate again.
- 校准结果中“P”代表“Pass”，“F”代表“Fail”，“N/A”代表“Not Applicable”。
The "P" represents "Pass", "F" represents "Fail", "N/A" represents "Not Applicable" in the Results of calibration.