



编号: 0470-2022

### 不符合项报告

可另附页

企业名称:	宜宾瑞兴实业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 检修车间		陪同人员: 雷军	
<p>不符合事实描述:</p> <p>远程抽查检修车间的计量器具统计台账中, 1块(出厂编号 219210025894)多功能电能表, 未能提供检定/校准证书。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>  √  </u>;</p> <p>审核员(签名) <u>程杰</u> 陪同人员(签名) <u>雷军</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>孟永锦</u></p> <p>日期: 2022年5月29日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 将电表立即安排送至国家授权检定单位检定, 后将检定证书发审核组闭环整改。</p> <p>2. 按体系要求, 在所有的计量器具使用过程中建立检定证书管理台账, 关注检定证书有效期, 及时将快到有效期的计量器具送检。</p> <p>企业部门代表签名: <u>孟永锦</u> 审核员签名: <u>程杰</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施有效, 请在以后计量器具的使用过程中, 举一反三, 符合体系要求。</p> <p>审核组代表签名: <u>程杰</u> 日期: 2022年5月30日</p>			