



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	九江杜威橡胶科技有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	邱仁
不符合事实描述： 现场有使用电子秤、温度计、门尼粘度仪，但是未能提供校准合格的证据，不符合监视和测量设备管理要求。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：文波 审核组长：彭海平 受审核方代表：周阳夫 日期：2019.12.20 日期：2019.12.20 日期：2019.12.20			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件：校准证书、培训记录，实施有效。			
审核员：彭海平 日期：2020.1.12			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场有使用电子秤、温度计、门尼粘度仪,但是未能提供校准合格的证据,不符合监视和测量设备管理要求。

纠正情况:

已安排人员对现场使用的电子秤、温度计、门尼粘度仪送去第三方检测机构进行校准。

原因分析:

由于该部门的负责人对标准的不理解,只对部分计量器具进行校准,未对电子秤、温度计、门尼粘度仪进行校准。

纠正措施:

已对电子秤、温度计、门尼粘度仪送去第三方检测机构进行校准。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他仪器有无类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

周阳夫

日期:

1.12

受审核方代表:

周阳夫

日期:

1.12



九江杜威橡胶科技有限公司

培训记录表

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015、ISO45001: 2018 标准 7.1.5 、8.1、8.6 条款的培训												
培训时间	2019.12.21												
地 点	公司会议室												
培训讲师	周陌夫												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
游高飞	√			√			√			√			周陌夫
徐英纪	√			√			√			√			周陌夫
王彦波	√			√			√			√			周陌夫
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：周陌夫													
编 制	综合部						审 核	包四余					



上海捷祥测控技术有限公司

Shanghai Jiexiang Measuring & Control Technology Co.,Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号

JX-2019-T- WH1218201

第 1 页 共 3 页

Certificate No.

Page of total pages

送 检 单 位

九江杜威橡胶科技有限公司

Applicant

单 位 地 址

江西省九江市彭泽县矾山工业园

Address of customer

计 量 器 具 名 称

门尼粘度仪

Name of instrument

型 号 / 规 格

MV2-2000

Model/Specification

器 具 编 号

HDD090012

Serial No.

管 理 编 号

DW-A007

Asset No.

制 造 单 位

无锡市蠡园电子化工设备有限公司

Manufacturer



批准人:

Approved by

核 验 员:

Checked by

校 准 员:

Calibrated by

校 准 日 期:

Date of calibrated

2019 年

Year

12

月

Month

18 日

Day

地 址: 上 海 市 浦 东 新 区 沪 南 公 路 3097 弄 2 号 楼 402 室

Address. Room 402, Building No.2, Lane 3097, Hunan Road, Pudong New District, Shanghai China

服务电话: 021-61182361

Ser.Tel.

传真号码: 021-61182362

Fax.

投诉电话: 021-61052915

Tel for complaint.



上海捷祥测控技术有限公司

Shanghai Jiexiang Measuring & Control Technology Co.,Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号 JX-2019-T- WH1218202

第 1 页 共 3 页

Certificate No. _____ Page of total pages

送 检 单 位 Applicant	九江杜威橡胶科技有限公司
单 位 地 址 Address of customer	江西省九江市彭泽县矾山工业园
计 量 器 具 名 称 Name of instrument	数字温度计
型 号 / 规 格 Model/Specification	WST-491
器 具 编 号 Serial No.	191108209
管 理 编 号 Asset No.	DW-A008
制 造 单 位 Manufacturer	上海金龙精密仪表厂

批准人: 曹 立
Approved by核 验 员: 李 怪
Checked by校 准 员: 严 斌
Calibrated by校 准 日 期: 2019 年 12 月 18 日
Date of calibrated Year Month Day

地 址: 上 海 市 浦 东 新 区 沪 南 公 路 3097 弄 2 号 楼 402 室
Address. Room 402, Building No.2, Lane 3097, Hunan Road, Pudong New District, Shanghai China
服务电话: 021-61182361 传真号码: 021-61182362 投诉电话: 021-61052915
Ser.Tel. Fax. Tel for complaint.



上海捷祥测控技术有限公司

Shanghai Jiexiang Measuring & Control Technology Co.,Ltd.

校准证书

Calibration Certificate


证书编号 JX-2019-F- WH1218203 第 1 页 共 3 页
Certificate No. _____ Page of total pages

送 检 单 位	九江杜威橡胶科技有限公司
Applicant	
单 位 地 址	江西省九江市彭泽县矾山工业园
Address of customer	
计 量 器 具 名 称	电子秤
Name of instrument	
型 号 / 规 格	XK3190-Ex-A8
Model/Specification	
器 具 编 号	1807002513
Serial No.	
管 理 编 号	DW-A009
Asset No.	
制 造 单 位	上海耀华称重系统有限公司
Manufacturer	



批准人: 
Approved by _____

核 验 员: 
Checked by _____

校 准 员: 
Calibrated by _____

校 准 日 期: 2019 年 12 月 18 日
Date of calibrated Year Month Day

地 址: 上 海 市 浦 东 新 区 沪 南 公 路 3097 弄 2 号 楼 402 室
Address. Room 402, Building No.2, Lane 3097, Hunan Road, Pudong New District, Shanghai China
服务电话: 021-61182361 传真号码: 021-61182362 投诉电话: 021-61052915
Ser.Tel. Fax. Tel for complaint.