




编号: 0732-2022

不符合项报告

企业名称:	沈阳市方园化工机械厂	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产技术部		陪同人员: 李丽花	
不符合事实描述: 现场发现编号为:FY-026 万能角度尺, 型号规格:(0-320)°, 未列入测量设备台账管理。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022—2003 6.3.1 条款 测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名):  陪同人员(签名):  企业部门代表(签名):  日期:2022 年 5 月 30 日			
纠正措施: 1. 对编号为:FY-026 万能角度尺, 型号规格:(0-320)° 列入测量设备台账管理, 并对其它测量设备进行核验, 以满足测量设备计量特性的要求。 2. 生产技术部组织相关人员培训, 强化员工对标准条款的理解。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2022 年 5 月 30 日			

可另附页