



测量设备溯源抽查表

编号: 0296-2021-2022

企业名称	京鸿石油钻采工程技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	洛氏硬度计	2969	HR-150A	$\pm 1.5\text{HRC}$ $U=0.6\text{HRC}, k=2$	标准洛氏硬度块: 均匀度 0.3HRC	河北衡测检测技术有限公司	2022 年 6 月 10 日	√
质量部	压力变送器	37210805 00938	DG2113-A-250/SD	$\pm 3\text{MPa}$ $U_{\text{rel}}=0.15\%, k=2$	数字压力计: $U_{\text{rel}}=0.03\%, k=2$	广东省世通仪器检测服务有限公司	2022 年 2 月 23 日	√
生产部	不锈钢压力表	22028661	(0-250) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置: 0.05 级	无锡市计量测试院	2022 年 2 月 25 日	√
生产部	力矩扳手	JH008	300N/m	$\pm 3\text{MPa}$	扭矩扳手检定装置: 0.5 级	建湖县计量测试所	2022 年 1 月 31 日	√
生产部	齿厚量规	2107067	TTMG01	$U=6\mu\text{m}, k=2$	校验仪: $U=1\mu\text{m}, k=2$	江苏大公计量校准技术有限公司	2021 年 12 月 16 日	√
质量部	接地电阻表	15060078	ZC-8	3 级	接地电阻表检定仪: 0.1 级	衡水市质量技术监督检验所	2022 年 4 月 25 日	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托河北衡测检测技术有限公司等 6 家机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 06 月 13 日上午~2022 年 06 月 14 日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 路桂斌