



测量设备溯源抽查表

编号: 0058-2019-2022

企业名称	鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
设备保障部	电子汽车衡	058310	SCS-100 MAX:100 t d:50kg	III级	砝码 1000kg 001-060 M1级 砝码 (5-20)kg ZZL001 M1级 砝码 5kg 21 M1级 砝码 1000kg 09-01-09-30 M1级	广东省计量科学研究院	2022-03-05	✓
化检验中心	拉力试验机	170856R/06	ZwickZ250	1.0级	标准测力仪 DN-FL-286 $U_{rel}=0.3\% k=2$ 标准测力仪 DN-FL-470 $U_{rel}=0.08\% k=2$ 标准测力仪 DN-FL-176 $U_{rel}=0.07\% k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022-03-12	✓
设备保障部	工业铂热电阻温度计	854050	Pt100A	B级	标准铂电阻温度计 WZPB-2 准确度等级:二等 数字多用表 3458A ($0.00065\%rdg+0.00002\%fs$) MPE:0HM: $\pm$ ($0.0007\%rdg+0.000025\%fs$) 数字兆欧表 GM-1 准确度等级:5级	广州计量检测技术研究院	2022-02-28	✓
化检验中心	数显千分尺	05168531	(0~25)mm	$\pm$ 0.002mm	千分尺专用量块 3等2级	东莞市帝恩检测有限公司	2022-03-07	✓
设备保障部	数字式涡街流量计	DY0703890	DY200-E ALSR3-0 N/QI C/Z	1.5级	临界流文丘里喷嘴法气体流量装置 0.3级	广州能源检测研究院	2020-8-28 (2年)	✓
炼钢部	红外线测温仪	P112-S-0001	21AX000 270118	-20℃	黑体辐射源 $U=(0.2\sim3.6)^{\circ}C;K=2$ 精密辐射温度计 1500℃以下; MPE:测量值的0.15%;1500℃以上: MPE:测量值的0.25%	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022-2-22	✓

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由化检验中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广东省计量科学研究院、广州计量检测技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由设备保障部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2022 年 06 月 13 日~06 月 13 日

审核员签字：

邵相臣

部门代表签字：

李明浩

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。