



编号: 0058-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 化检验中心		陪同人员: 刘求伟	
不符合事实描述: 现场查看化检验中心计量器具管理情况, 抽查动力黏度用恒温槽, 型号: Koehlern KV4000, 设备编号: T124-T-2030, 已出现故障停用, 但未对该计量设备贴停用标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.4 不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 1 ; 审核员(签名) 邵相世 陪同人员(签名) 刘求伟 企业部门代表(签名) _____ 日期: 2022.06.13			
纠正措施: ① 针对该计量设备贴停用标识。 ② 依管理程序于OA系统提交量测设备处置申请表流程。 企业部门代表签名: _____ 审核员签名: 邵相世			
纠正措施完成情况: 纠正措施落实, 整改有效, 同意关闭 审核组代表签名: 邵相世 日期: 2022.6.15			

可另附页

鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司

内部训练学员签到表

签到日期：2022/06/14

主办单位：

课程编码/名称：2022 年监督审核不符合整改培训

训练日期及期间：2022.06.14 09:00-10:00

上课地点：公司会议室

讲师姓名：刘春风

训练时数：1.0H

序号	工号	职等	职称	姓名	部门	签到	签退	考核评分
1	6H047	六	作业长	肖遥	化学实验作业区	肖遥	肖遥	
2	6B303	四	助理技师	王彩霞	化学实验作业区	王彩霞	王彩霞	
3	6B546	五	工程师	秦钰婷	化学实验作业区	秦钰婷	秦钰婷	
4	6E880	四	助理技师	钟照勇	化学实验作业区	钟照勇	钟照勇	
5	6F867	三	操作员	曾少凯	化学实验作业区	曾少凯	曾少凯	
6	6G003	三	操作员	孙剑锋	化学实验作业区	孙剑锋	孙剑锋	
7	6G026	七	工程师	周灼刚	化学实验作业区	周灼刚	周灼刚	
8	6H749	四	助理技师	陆焕榆	化学实验作业区	陆焕榆	陆焕榆	
9	6J939	三	操作员	黄志敏	化学实验作业区	黄志敏	黄志敏	
10	6L887	三	操作员	王昌珍	化学实验作业区	王昌珍	王昌珍	
11	6L888	三	操作员	吴小婷	化学实验作业区	吴小婷	吴小婷	
12	6L962	四	工程师	张伟	化学实验作业区	张伟	张伟	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

备注：签到签退均需签名，考核评分由讲师对学员进行评估，最高分 10 分，最低分 0 分。

考核人：

鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司
量测设备处置申请表

名称	动黏度用恒温槽
出厂编号	R12850004
管理编号	PB1-T-2030
处置数量	1
型号（规格）	Koehlern KV4000
单价预算	50000.00
使用部门	化学实验作业区
到厂日期	2004-11-30
责任人	王彩霞
处置日期	2022-06-14
主要技术参数	温度波动度：±0.01℃ 温度均匀度: ±0.02℃
说明（处置方式）	暂停使用
现行运行状况评价（附证明资料）	目前实验室采用设备测定油品的运动黏度，可以满足分析需求。
管理单位相关主管	刘春风 总监 曾琼 经理

流转意见



毛梯恂 化检验中心总

经理

接收人：刘春风 总监 曾琼 经理

化检验中心

2022-06-14 09:33:41 [申请单位部门分管主管 / 批准]

肖遥 作业长

化学实验作业区

接收人：毛梯恂 化检验中心总经理

2022-06-14 09:33:05 [申请单位科级主管 / 批准]

王彩霞

化学实验作业区

接收人：肖遥 作业长

2022-06-14 09:21:31 [申请人 / 提交]

资产编号: L06Z000005

资产名称: 動力黏度用恆溫槽

取得日期: 20070831

规格:

置放地区: 化學實驗室

管理部门: T11500

使用部门: T11500



化学实验室 设备资料

仪器名称	动黏度用恒温槽
编号	T124-T-2030
型号	Koehler KV4000
用途	油品动黏度检测
厂商	广州 Fillsher
厂商电话	38771940-213
购买日期	2004-11-30
责任人	罗晓琳

联众(广州)不锈钢有限公司

停用标识

NO: 104-T-2030

验证日期: 2012年6月13日

有效日期: 2013年6月12日

确认人员: 王彩霞