



编号: 0070-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	江西华鑫环宇科技集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 陈秋如	
不符合事实描述: 2022 年 6 月 1 日, 查涂层测厚仪 (HX-006) 的校准报告的校准日期为 2021 年 10 月 9 日。查《计量器具台账》中该设备 (HX-006) 的检定日期为 2019 年 11 月 7 日, 有效期为 2020 年 11 月 6 日。《计量器具台账》未及时更新。 不符合认证审核准则条款号: 《GB/T 19022-2003》6.2.3 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员 (签名) 杜建周 陪同人员 (签名) 陈秋如 企业部门代表 (签名) 周淑年 日期: 2022.06.01			
纠正措施: 立即更新《计量器具台账》, 并检查管理体系其他环节是否有类似事件发生。 企业部门代表签名: 周淑年 审核员签名: 杜建周			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴素平 日期: 2022.06.01			

可另附页