



编号: 0060-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏江山塑业科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 王珏	
不符合事实描述: 查生产部储气罐上出厂编号 19129328 的压力表, 已粘贴停用标识。查《测量设备停用申请表》1 份, 申请批准日期为 2022 年 3 月 14 日。查《计量器具台账》上 “管理状态” 一栏未标注 “停用”。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>张云扬</u> 陪同人员(签名) <u>王珏</u> 企业部门代表(签名) <u>王珏</u> 日期: 2022 年 6 月 7 日			
纠正措施: 立即组织公司测量设备管理人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时更新测量设备管理状态。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>王珏</u> 审核员签名: <u>张云扬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>张云扬</u> 日期: 2022 年 6 月 7 日			

