



编号: 0766-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	六安新兴塑管有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	电子万能试验机	160428	WDW-20E	$U_{rel}=0.4\%$, $k=2$	标准测力仪 (50kN,0.3 级)	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 10 月 13 日	√
质量管理部	带表卡尺	JG04653	(0-200)m m	$\pm 0.03\text{mm}$	量块 (12 块, 4 等)	六安市计量测试研究所	2021 年 7 月 30 日	√
质量管理部	π 尺	160339	$\Phi(300-600)\text{mm}$	$U=(0.01+0.003L)\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺 ($\pm(0.03\text{mm}+0.00001L)$), 影像测量仪 (300*200mm), $U=(0.01+0.0005L)\text{mm}$, $k=2$	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 10 月 19 日	√
质量管理部	落槌冲击试验机	2021101801	XLC-600	高度: $U=2\text{mm}, k=2$ 质量: $U=1.3\text{g}, k=2$ 试样半径: $U=0.06\text{mm}, k=2$	钢直尺 (1000mm)($U=0.06\text{mm}$, $k=2$), 数显卡尺 (0-150mm)($\pm 0.03\text{mm}$), 电子天平(II级), 钢卷尺 (5m)($\pm(0.03\text{mm}+0.0001L)$)	深圳广测检测技术有限公司	2021 年 11 月 6 日	√
生产部	数显卡尺	G20217953	(0-150)m m	$\pm 0.02\text{mm}$	量块 (12 块, 4 等)	六安市计量测试研究所	2022 年 3 月 25 日	√
质量管理部	维卡软化点温度测定仪	XXSG-WK-01	(0-300) °C	$U=0.3^\circ\text{C}$, $k=2$	标准铂电阻温度计 (II等)	深圳市中测计量检测技术有限公司	2022 年 5 月 7 日	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量管理部负责溯源。测量设备检定/校准委托深圳市中测计量检测技术有限公司、六安市计量测试研究所、深圳广测检测技术有限公司进行检定/校准, 检定/校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 06 月 13 日上午~06 月 14 日 下午

审核员签字:

张云彬

部门代表签字:

李海民