



测量设备溯源抽查表

编号: 0095-2019-2022

企业名称	任丘市凯晟石油机械制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	游标卡尺	K20G270146	(0-200) mm	±0.03mm	卡尺量具检定装置 $U_{95}=0.5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L\text{mm}$ 4 等标准量块	华北油田计量中心站	检定: 2021.12.25	√
生技部	外径千分尺	HJ205014	(75-100) mm	±0.005mm	测微量具检定装置 $U_{95}=0.5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L\text{mm}$ 4 等标准量块	华北油田计量中心站	检定: 2021.12.25	√
生技部	塞规	Z180710024	B2-19	$L=3\mu\text{m}$ $K=2$	螺纹综合测量机 MPE: ± (2.5+L/200) μm	河北省计量监督检测研究院	校准: 2021.11.04(周期 24 月)	√
生技部	压力变送器	202108030485	SLD/(0~0.6)MPa	准予作 0.5 级使用	0.05 级活塞式压力计标准装置	华北油田计量中心站	校准: 2021.08.09	√
生技部	膜盒压力表	20210702272	(-1~3) kPa	准予作 2.5 级使用	0.05 级数字压力计标准装置	华北油田计量中心站	校准: 2021.08.09	√

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备全部委托华北油田计量中心站、河北省计量监督检测研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 13 日~6 月 14 日

审核员签字: 耿丽修

部门代表签字: 夏清泉

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。