

测量设备溯源抽查表

编号: 0121-2019-2022

企业名称	中国石油化工股份有限公司九江分公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
运行三部	氢气体检测报警仪	X18160323	Impulse XP	±5%	气体分析仪 检定装置 $U_r=2\% (k=2)$	九江检安石化工程有限公司其它报警仪检定站	2022 年 3 月 23 日	√
运行三部	复合式气体检测报警仪	M02B005041	PGM-2500 D	可燃±5%FS CO±10% 硫化氢± 2umol/mol 或 10% 氧气±2%FS	气体分析仪 检定装置 硫化氢、CO、 可燃气 $U_r=2\% (k=2)$ 氮中氧 $U_r=1\% (k=3)$	九江检安石化工程有限公司其它报警仪检定站	2022 年 2 月 16 日	√
计量中心	质量流量计	13092335/33 11637	CMF300	0.2 级	液体流量标准装置 $0.05\% (k=2)$	中国石化九江分公司计量中心检定站	2021 年 6 月 30 日	√
计量中心	电子汽车衡	Q00099-6BH #	SCS/ZCS-8 ODN 型	III级	标准砝码 M1 等级	九江市检验检测认证中心	2021 年 12 月 14 日	√
计量中心	静态质量法水流量标准装置	20170509	LBZY-200	$U_r=$ 0.05% ($k=2$)。	砝码 M1 等级 晶体振荡器 $U_r=0.13\text{Hz}$ $k=2$ 标准流量积 算仪 $s_1=$ 0.00006% $u_1=$ -0.00008%	中国计量科学研究院	2021 年 3 月 4 日	√
	精密数字压力表	84000201007 7	CST2008/ (0-400) kPa	0.2 级	0.05 级数字 压力计标准 装置 0.05 级	江西省计量测试研究院	2021 年 12 月 2 日	√
运行四部	数字压力表	211H195E00 07	ConST211/ (0-20)MPa	0.05 级	0.01 级活塞 式压力计量	江西省计量测试研究院	2021 年 12 月 17 日	√



					标准装置			
运行四部	特稳校验仪	82202438	JY822	0.01%	多功能校准 源 EV3202 DCV Urol=0.002%	中溯计量检测有 限公司	2021 年 7 月 8 日	√

审核综合意见：
（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）

公司已制定《计量管理程序》，对计量确认、溯源管理和外部供方管理进行了明确规定，并建立企业最高计量标准 10 项，其中精密压力表标准装置、静态水流量标准装置取得政府计量授权，测量设备由计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外，全部委托中国计量科学研究院、江西省计量测试研究院、九江市计量所、九江检安石化公司仪表车间等机构检定/校准，校准/检定证书由各使用单位保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 6 月 23 日~6 月 24 日

审核员签字：

俞军

部门代表签字：

李群

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。