

测量过程监测数据记录表

测量过程名称		二等水银温度计标准装置										
核查标准器具名称	测量 (0~100) °C、分度值 1.0°C、局浸的普通水银温度计, 在 100°C这一点										被测参数名称	温度
测量组序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
第一组 (°C)	100.0	100.2	100.9	100.3	100.8	100.9	100.3	100.9	100.0	100.3		
第二组 (°C)	100.8	100.5	100.3	100.5	100.1	100.9	100.1	100.2	100.9	100.0		
第三组 (°C)	100.9	100.7	100.9	100.4	100.7	100.5	100.0	100.8	100.0	100.9		
第四组 (°C)	100.8	100.1	100.5	100.0	100.0	100.2	100.6	100.2	100.7	100.4		
第五组 (°C)	100.1	100.0	100.5	100.3	100.4	100.1	100.9	100.5	100.4	100.3		
第六组 (°C)	100.8	100.3	100.0	100.2	100.3	100.1	100.0	100.3	100.9	100.4		
开始第一组 测量的日期	2021 年 12 月 26 日											

注: 1、每次测量时读取核查标准器具示值;
 2、测量组序间隔必须保持 24 小时以上;
 3、测量原始记录数据不许更改。