



编号: 0038-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	常州常工电子科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技质部		陪同人员: 李泓吉	
不符合事实描述: 现场编号为 CG-QD-14 绝缘电阻测试仪未粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>李泓吉</u> 陪同人员(签名) <u>李泓吉</u> 企业部门代表(签名) <u>徐建忠</u> 日期: 2022.6.11			
纠正措施: - 组织相关人员参加标准和测量管理体系文件的学习, 进一步明确要求。 - 重新核对 CG-QD-14 绝缘电阻测试仪的检定校准证书并进行计量要求验证合格后粘贴计量确认标识。 - 举一反三, 对公司计量器具标识重新检查, 避免同类问题再发生 企业部门代表签名: <u>徐建忠</u> 审核员签名: <u>李泓吉</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行, 验证有效。 审核组代表签名: <u>李泓吉</u> 日期: 2022.6.11			

可另附页