



编号: 0777-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	河北翔尔仪表科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	IC 卡水表阀门寿命测试仪	HBXE002	LXSJ-V2	$\pm 3.0\%$ $U_{rel}=1.2\%$; ($k=2$)	数显扭矩仪: HP-100 1.0 级	广东精衡检测科技有限公司	2022 年 6 月 9 日	√
质量部	游标卡尺	HBXE001	(0~200) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$ ($k=2$)	量块 (10~291.8mm): 4 等	广东精衡检测科技有限公司	2022 年 6 月 9 日	√
生产部	电子称	HBXE012	SF-400	$\pm 0.003\text{kg}$ $U=0.002\text{kg}$ ($k=2$)	砝码: 1mg~2kg/F1 级	广东精衡检测科技有限公司	2022 年 6 月 9 日	√
质量部	占空比测试仪	HBXE010	QJ3020E	$\pm 0.0602\text{V}$ $ACU:U_{rel}=0.5\%$; ($k=2$)	数字万用表: $ACU:U_{rel}=0.01\%$; ($k=2$)	广东精衡检测科技有限公司	2022 年 6 月 9 日	√
质量部	万用表	STK001	DY9205T	$\pm 0.04\text{V}$ $DCU:U_{rel}=0.06\%$; ($k=2$)	多功能校准仪: $DCU:0.0012\%$	广东精衡检测科技有限公司	2022 年 6 月 9 日	√
审核综合意见: 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托广东精衡检测科技有限公司进行校准, 校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 6 月 11 日上午~2022 年 6 月 12 日上午								
审核员签字: 孙小燕 部门代表签字: 吴舒								