



编号: 0777-2022

### 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 河北翔尔仪表科技有限公司 | 不符合报告编号:  | 02 |
| 受审核部门: 质量部                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 陪同人员: 宋新广 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查质量部, 未提供出检验室的编号为 01100318 的温湿度表的校准证书, 经现场确认未送检。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>孙小燕</u>、陪同人员(签名) <u>宋新广</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>吴方宁</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 6 月 12 日</p> |              |           |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>立即对编号为 01100318 的温湿度表进行送检, 并全面检查其它测量设备, 若有类似问题一并整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>吴方宁</u></p> <p style="text-align: right;">审核员签名: <u>孙小燕</u></p>                                                                                                                                                      |              |           |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签名: <u>刘爱荣</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 6 月 12 日</p>                                                                                                                                                                                             |              |           |    |

可另附页