



编号: 0780-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京曼德克环境科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量安全部	电子天平	C051443	YH-A602	$U=0.5e$ $k=2$	砝码 F ₁ 等级	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.12	√
生产部	游标卡尺	HR1052 91	(0~150) mm	± 0.04 mm $U=0.01$ mm $k=2$	量块 4 等	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.12	√
质量安全部	耐压测试仪	1812031 34	RK2671A M	$U_{rel}=3.0 \times 10^{-3}$ $k=2$	数字高压表 0.5%	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.12	√
质量安全部	泄漏电流测试仪	1801182 6	(0-20) mA	$U_{rel}=1.0\%$ $k=2$	数字多用表 DCV: $\pm 0.05\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.12	√
生产部	钢尺	CO5144 0	(250*500) mm	$U=0.1$ mm $k=2$	标准金属线纹尺 三等	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.12	√
生产部	压力表	1707282 23211	(0-60) MPa	$U_{rel}=0.6\%$ $k=2$	活塞式压力计 0.05 级	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.12	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》。公司未建立最高计量标准,测量设备由质量安全部负责溯源。公司测量设备全部委托“中国航发南方工业有限公司计量实验室(机构注册号为CNAS L1247)”进行检定校准,检定校准证书由质量安全部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 15 日上午至 2022 年 6 月 16 日下午

审核员签字:

部门代表签字: