



测量设备溯源抽查表

编号: 0048-2019-2022

企业名称	江苏天瑞仪器股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	安规测量仪	GER183187	(0-10) mA	$U_{rel}=1.4\%, k=2$	兆欧表标准电阻表 $\pm (0.2-5) \%$	昆山市计量检测中心	2022.4.1	√
品管部	电子天平	B916543833	MS105DU	$U=0.0003g, k=2$	砝码 E ₂ 等级	昆山市计量检测中心	2021.8.3	√
生产部	带表卡尺	17525108	(0~200) mm	$\pm 0.03mm$	量块 5 等	昆山市计量检测中心	2022.5.10	√
生产部	数字万用表	095964005	(0-200)mA	$U_{rel}=0.053\%, k=2$	多功能校验仪 DCV: $\pm 0.0011\%$ ACV: $\pm 0.015\%$ DCA: $\pm 0.010\%$ ADA: $\pm 0.0028\%$	昆山市计量检测中心	2022.5.6	√
生产部	压力表	18059980	(0-1.6) MPa	$U_{rel}=0.6\%, k=2$	精密压力表 0.25 级	昆山市计量检测中心	2022.03.28	√
品管部	气体流量计	190316	62AW-1-00-1-20-BPACK-KM7108	$U_{rel}=0.59\%, k=2$	气体流量校准器 MPE: 0.5%	昆山市计量检测中心	2022.3.10	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托“昆山市计量检测中心”进行检定校准, 检定校准证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 17 日上午至 2022 年 6 月 18 日上午

审核员签字: 

部门代表签字: 