



编号: 0048-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏天瑞仪器股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品管部陪同人员: 束长干			
不符合事实描述: 查出厂编号为 V22U14806 的自动影像测量仪, 校准日期为 2021 年 06 月 03 日, 查测量设备台账中规定周期间隔为 12 月, 该设备为到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”</u> 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 <u>√</u> 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>束长干</u> 企业部门代表(签名) <u>束长干</u> 日期: 2022 年 6 月 18 日			
纠正措施: 立即组织设备送检人员核对校准证书, 并及时送检识。并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>束长干</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 6 月 18 日			

可另附页

可另附页