



测量设备溯源抽查表

企业名称	北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
油漆部	钢卷尺	5-0859	5m	II 级	标准钢卷尺 MPE: ± (0.03+0.03L)m m	淮北市计量测试研究所	2022.03.22	√
质控部	游标卡尺	0706082	(0-300) mm	MPE: ±0.04mm	卡尺专用量块 五等	淮北市计量测试研究所	2022.03.22	√
油漆部	线纹钢直角尺	35745	(0-200) mm	U=0.2mm K=2	标准金属线纹尺 3 等 三角形直角尺 0 级	安徽华方计量科技有限公司	2022.03.25	√
质控部	数字式木材水份测试仪	S896477	MD814	U=0.4% K=2	温湿度检定系统 1%	苏州朗博校准检测有限公司	2022.03.23	√
质控部	数显推拉力计	400622623	AF-300	Urel=0.3% K=2	砝码 M1 等级	安徽华方计量科技有限公司	2022.03.25	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准。测量设备由人事部负责溯源。公司测量设备全部委托淮北市计量测试研究所、安徽华方计量科技有限公司和苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由人事部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 13 日~ 6 月 14 日

审核员签字:

左校

部门代表签字:

李丰收



说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。