



编号: 0795-2022

不符合项报告

企业名称:	淮北合众机械设备有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检中心		陪同人员: 朱培培	
不符合事实描述: 查质检中心管理编号为 HBHZ-023 的“温湿度计”, 已到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>朱培培</u> 企业部门代表(签名) <u>朱培培</u> 日期: 2022 年 6 月 25 日			
纠正措施: 立即将编号为 HBHZ-023 温湿度计及时送检, 并举一反三, 进行整改。 企业部门代表签名: <u>朱培培</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已执行。 审核组代表签名: <u>朱培培</u> 日期: <u>2022.6.25</u>			

可另附页