



编号: 0215-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 杨健	
不符合事实描述: 查见公司计量器具台帐中“三相电能表检定装置”缺少测量范围、最大允许误差(准确度等级)等测量设备的计量特性信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/6.3.1</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>袁菊</u> 陪同人员(签名) <u>杨健</u> 企业部门代表(签名) <u>林艳红</u> 日期: 2022.6.15			
纠正措施: 1. 查阅设备实际计量特性参数, 完善台帐中计量特性信息。 2. 举一反三, 排查其他记录或台帐中的计量参数信息, 是否有遗漏, 缺失。 3. 组织相关人员认真学习《测量管理体系》GB/T19022标准要求。 企业部门代表签名: <u>林艳红</u> 审核员签名: <u>袁菊</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施落实到位有效。</u> 审核组代表签名: <u>张</u> 日期: <u>2022.6.15</u>			

可另附页