



编号: 0548-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	辽河石油勘探局有限公司石油化工技术服务分公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 池德斌	
不符合事实描述: 在质量部查测量设备台账, 其中编号为: 241220, 规格: Y0-60, 测量范围: (0~4) MPa、2.5 级的氧气表等台账信息未更新。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款 测量设备的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>李彩虹</u> 陪同人员(签名) <u>池德斌</u> 企业部门代表(签名) <u>池德斌</u> 日期: 2022 年 06 月 21 日			
纠正措施: 1、将测量设备台账中编号为: 241220, 规格: Y0-60, 测量范围: (0~4) MPa、2.5 级的氧气表信息更新; 并对其他测量设备信息进行梳理。 2、组织相关人员学习标准相应条款, 认真整理测量设备台账信息。 企业部门代表签名: <u>池德斌</u> 审核员签名: <u>李彩虹</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>李彩虹</u> 日期: 2022 年 06 月 21 日			

可另附页