



测量设备溯源抽查表

企业名称	成都正蓉王牌办公家具有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	塞尺	ZRWP-001	(0.02-2) mm	$U=0.3$ $\mu m(k=2)$	塞规专用检定装置	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.6.12	√
质管部	钢直尺	ZRWP-002	(0-1000) mm	± 0.1 mm	3 等金属线纹尺标准装置	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.6.12	√
质管部	钢卷尺	ZRWP-003	(0-5000) mm	± 0.2 mm	钢卷尺标准装置	机械工业第二十八计量测试中心站(成都)	2021.10.11	√
质管部	游标卡尺	190750134	(0-150) mm	± 0.02 mm	量块 4 等	中计计量检测有限公司	2021.10.11	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准项, 测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备外全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、机械工业第二十八计量测试中心站(成都)、中计计量检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由行政部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 17 日

审核员签字:

胡琳

部门代表签字:

王亚坤

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。