



编号: 0154-2021

不符合项报告

企业名称: 江阴长仪集团有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 制造部	陪同人员: 杨国峰
不符合事实描述: 查见制造部总装间用于测试产品功耗的数字万用表编号为 092883234 使用的是直流 100uA 档以下, 而校准报告编号: 电仪字校 2020-TY1714 号, 只校准了直流 10 毫安以上档位。该参数不能溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合: 次要不符合: ☒: 审核员(签名): 袁莉 陪同人员(签名): 企业部门代表(签名): 吴月 日期: 2021.3.13	
纠正措施: 确认服务供方的检定资质, 根据工艺要求确定设备的检定范围, 对不符合要求的设备重新检定, 加强溯源管理。 企业部门代表签名: 吴月 审核员签名: 袁莉	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 韩沁 日期: 2021.3.13	

监审验证整改措施有效, 同意关闭该不符合项。

可另附页

韩沁

2022.6.18





中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3377

证书编号: 电仪字校 2022-JY2857 号

Certificate No.

苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司

Suzhou Fangyuan Equipment Calibration Testing Service Co.,Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位:

Client

江阴长仪集团有限公司

单位地址:

Address

江阴市澄江街道新华路 281 号

仪器名称:

Instrument name

数字万用表

仪器型号:

Type

VC890C+

仪器编号:

No.

097250862

仪器厂商:

Manufacturer

胜利仪器

校准专用章:

Stamp

批准:

Approved by

刘发贵

核验:

Inspected by

高登光

校准:

Calibrated by

钱志刚

接收日期: 2022 年 05 月 27 日

Receiving Date

校准日期:

Date for Calibrated

2022 年 05 月 27 日

签发日期:

Date for Issue

2022 年 05 月 30 日

地址:

Add.

苏州市工业园区科成路 6 号

电话:

Tel.

0512-65816926

网址:

Http

www.fylab.com.cn

邮编:

Post Code.

215121

传真:

Fax

0512-62576096

邮箱:

E-mail

fylab9@vip.163.com





校准结果

Result of Calibration

- 一、外观及工作正常性检查： 正常
- 二、示值误差：

1. 直流电压校准

标准值	实测值	误差	扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
200mV	199.5mV	-0.5mV	$U_{rel}=8\times 10^{-3}$ ($k=2$)
2V	1.995V	-0.005V	
20V	19.95V	-0.05V	
190V	189.8V	-0.2V	
990V	985V	-5V	

2. 交流电压（测试频率：50Hz）

标准值	实测值	误差	扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
2V	1.999V	-0.001V	$U_{rel}=8\times 10^{-3}$ ($k=2$)
20V	19.96V	-0.04V	
190V	189.6V	-0.4V	
750V	747V	-3V	

3. 直流电流

标准值	实测值	误差	扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
200 μ A	199.8 μ A	-0.2 μ A	$U_{rel}=8\times 10^{-3}$ ($k=2$)
1.99mA	1.993mA	0.003mA	
19.9mA	19.93mA	0.03mA	
199mA	199.3mA	0.3mA	
19A	18.89A	-0.11A	

