



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0060-2019-2022

| 企业名称 佛山市法恩洁具有限公司 |          |                      |                   |                   |  |                         |            |                   |
|------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|
| 部门               | 测量设备名称   | 测量设备编号               | 型号规格              | 测量设备计量特性          | 测量标准装置名称及技术参数  | 检定/校准机构                 | 检定/校准日期    | 符合打<br>√<br>不符合打× |
| 品质部              | pH计      | 601320N00<br>21060   | pHS-25            | 示值误差<br>0.01      | pH标准缓冲溶液<br>9.18 U=0.01Ph<br>pH标准缓冲溶液<br>4.00 U=0.01Ph<br>pH计检定仪<br>Urel=0.005%<br>pH标准缓冲溶液<br>6.864 U=0.0pH | 广东省世通<br>仪器检测服<br>务有限公司 | 2021-10-23 | ✓                 |
| 品质部              | 恒温水龙头测试机 | GMLT-LT0S<br>1909-01 | /                 | U=0.5℃<br>(k=2)   | 温度校验仪<br>U=0.3℃;RTD<br>U=0.2℃  | 广东省世通<br>仪器检测服<br>务有限公司 | 2022-06-01 | ✓                 |
| 生产部              | 钢直尺      | 2188576              | 1000mm            | U=0.05mm<br>(k=2) | 标准金属线纹尺,<br>三等   | 佛山市质量<br>计量监督检<br>测中心   | 2022-04-25 | ✓                 |
| 品质部              | 压力表      | 31709                | (0~1.6)<br>MPa    | 1.6级              | 活塞式压力计,<br>0.05级   | 佛山市质量<br>计量监督检<br>测中心   | 2022-04-07 | ✓                 |
| 品质部              | 光泽度计     | 310663               | HP-300            | 2级                | 塞尺, U=2 μm<br>(k=2);<br>平面平晶, U=0.010<br>μm (k=2);<br>光泽度板, U=1.8<br>光泽单位 (k=2)                              | 佛山市质量<br>计量监督检<br>测中心   | 2021-08-14 | ✓                 |
| 龙头分厂             | 电子汽车衡    | 026626               | SCS-150<br>d=20kg | III级              | 砝码 (250~1000)<br>kg<br>M2级 0.5kg~20kg  | 佛山市质量<br>计量监督检<br>测中心   | 2022-04-28 | ✓                 |

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省世通仪器检测服务有限公司、佛山市质量计量监督检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年07月07日~07月07日

审核员签字: 邱相臣

部门代表签字: 何国英

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。