



编号: 0817-2022

不符合项报告

企业名称:	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	不符合报告编号:	2022062402
受审核部门: 钢板事业部		陪同人员: 张炳龙	
不符合事实描述: 查钢板事业部编号为 AS-JG022 的洛氏硬度计, 已停用, 但未粘贴停用标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO1002: 2003 8.3.3 不合格测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>张炳龙</u> 陪同人员(签名) <u>张炳龙</u> 企业部门代表(签名) <u>张炳龙</u> 日期: 2022 年 6 月 24 日			
纠正措施: <u>硬度计未粘贴停用标识, 检查硬度计报废过程是否符合要求, 手续是否完备。并检查是否存在同类问题, 一并整改。</u> 企业部门代表签名: <u>张炳龙</u> 审核员签名: <u>张炳龙</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>张炳龙</u> 日期: <u>2022.6.24</u>			

可另附页