



测量设备溯源抽查表

企业名称	安徽三环纸业集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子天平	1902118	JT1003D	$U=0.0006g$ ($k=2$)	砝码 F1 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.06.05	√
品质部	影像测量仪	TASO 20170625 06	VMS-2010	长度 $U=3.3\mu m$, 角度 $U=0.1^\circ$ ($k=2$)	投影仪校正片 $U=2.0\mu m$; 玻璃线纹尺 $U=2.5\mu m$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.06.05	√
品质部	电子天平	JJ124BC	W141422 014968	$U=0.0003g$ ($k=2$)	砝码 F1 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.06.05	√
品质部	微波消解仪	10011305 027	WX-4000	$U=0.3^\circ C$, ($k=2$)	无线温度记录仪 $U=0.08^\circ C$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.06.05	√
生产部	纸张透气度测定仪	1002	TQY-IIIE	尺寸 $U=0.01mm$, 容积 $U=0.2mL$	气体质量流量计 1 级; 数显压力表 0.5 级; 钢直尺 $U=0.04mm$ 电子天平 II 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.06.05	√
品质部	水分快速测定仪	H001	DHS16-A	质量: $U=0.001g$ ($k=2$) 水分 $U=0.3\%$ ($k=2$)	砝码 F1 级 氢氧化钠纯度标准物质 二级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.06.05	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准,校准/检定证书由品质部集中保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 17 日~6 月 18 日

审核员签字: 周丽丽 部门代表签字:

徐梅



说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。